αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : **16-0847-001-0512-02**
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΨΗΣ : **27/05/2016**
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : **27/5/2016**
ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ : **2**

ilac-MRA ESYD

ΣΤΡΑΤ. ΔΟΥΚΑ 104 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 115 27
ΤΗΛ: 210 7470500-502 ΦΑΞ: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : **ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, 35200, ΚΑΡΠΑΣΙΑ**
ΤΡΟΠΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ : 16/05/2016
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ : 17/5/2016
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ : 17/05/2016
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ : 24/5/2016
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ : **26200512**
ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : **ΠΑΛΑΙΟ ΝΕΟ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟ - ΒΑΛΒΕΡΓΗ**

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ	ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.5
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ - 25°C	ISO 7888:1985	μS/cm	10	< 2500	835
ΘΟΛΗΡΟΤΗΤΑ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.36
ΧΡΩΜΑ	ΑΣΒΑ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
ΟΣΜΗ	ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ (*)		-	-	ΑΠΟΥΣΑ
ΓΕΥΣΗ	ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ (*)		-	-	ΑΠΟΥΣΑ
ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (KMnO4)	ΑΣΒΑ ISO 8467	mg/l O2	0.16	< 5.0	<0.5
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	ΒΑΜ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.20	< 200.0	2.6
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	ΒΑΜ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.002	< 5.0	0.058
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	ΒΑΜ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.003	< 10.0	2.0
ΒΟΡΙΟ (B)	ΒΑΜ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.15	< 1000.0	27
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	ΒΑΜ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.001	< 5.0	< 0.035
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	ΒΑΜ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.01	< 50.0	3.7
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	ΒΑΜ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.03	< 2000.0	13
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	ΒΑΜ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.06	< 200.0	14
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	ΒΑΜ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.005	< 10.0	0.48
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	ΒΑΜ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.005	< 50.0	0.58
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	ΒΑΜ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.01	< 1.0	ΜΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	ΒΑΜ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.01	< 20.0	2.4
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	ΒΑΜ 072-93 (ICP-MS)	μg/l	0.035	< 10.0	0.38
ΝΑΤΡΙΟ (Na)	ΒΑΜ 072-93 (ICP-MS)	mg/l	0.0015	< 200.0	27
ΒΡΩΜΙΚΑ (BrO3)	ΒΑΜ 072-85 (LC-MS/MS)	μg/l	0.06	< 10.0	ΜΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN)	ΒΑΜ 072-69 (UV)	μg/l	3	< 50.0	ΜΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl)	ISO 9297:1989	mg/l	1	< 250.0	69.1
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F)	ΒΑΜ 072-75 (UV)	mg/l	0.06	< 1.5	0.36
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3)	ΒΑΜ 072-92 (UV)	mg/l	0.7	< 50.0	14.7
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2)	ISO 6777:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ΜΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΑΜΜΩΝΙΑ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ΜΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΘΕΙΙΚΑ (SO4)	ΒΑΜ 072-72 (UV)	mg/l	1.5	< 250	15
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	APHA 5310 B	mg/l C	0.05	-	0.77
1,2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ (EDC)	ΒΑΜ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.05	< 3.0	ΜΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
DVM, ΔΙΕΘΝΗΣ MSc

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ

Αριθ. Πρωτ. : **16-0847-001-0512-02**
Ημερ/νία Λήψης : **27/05/2016**
Ημερ/νία Έναρξης : **27/5/2016**
Αριθ. Σελίδας : **2**

ISO 17025
ΕΣΥΔ
Κωδ. 102

Τζαβέλλα 104 & Δεληγιάννη 115 27
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 7470500-502 Fax: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ποσοτικοποίησης	Αποτέλεσμα	Παρατηρήσεις
Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.04	< 0.50	Δεν ανιχνεύθηκε
Τριαλογονομεθάνια (THM's)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.04	< 100.0	0.73
Χλωροφόρμιο (CHCl3)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.04	-	0.73
Βρωμοφόρμιο (CHBr3)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.05	-	Δεν ανιχνεύθηκε
Δισβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBrCl2)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.04	-	Δεν ανιχνεύθηκε
Δίβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.05	-	Δεν ανιχνεύθηκε
Τετραχλωράνθρακας & Τετραχλωροαιθυλένιο	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.03	< 10.0	Δεν ανιχνεύθηκε
Τετραχλωροαιθυλένιο (TCE)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.05	-	Δεν ανιχνεύθηκε
Τετραχλωράνθρακας (PCE)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.03	-	Δεν ανιχνεύθηκε
Βενζο(α)πυρένιο	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	< 0.01	Δεν ανιχνεύθηκε
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	< 0.1	Δεν ανιχνεύθηκε
Βενζο(β)φθορανθένιο	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	-	Δεν ανιχνεύθηκε
Βενζο(ε)φθορανθένιο	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	-	Δεν ανιχνεύθηκε
Βενζο(g,h,i)περυλένιο	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	-	Δεν ανιχνεύθηκε
Ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	-	Δεν ανιχνεύθηκε
Βενζόλιο	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.03	< 1.0	Δεν ανιχνεύθηκε
Ακρυλαμίδιο (C3H5NO)	ΕΑ 072-86 (LC-MS/MS)	μg/l	0.06	< 0.10	Δεν ανιχνεύθηκε
Επιχλωροϋδρίνη (C3H5ClO)	ΕΑ 072-87 (GC-MS)	μg/l	0.07	< 0.10	Δεν ανιχνεύθηκε
Εντομοκτόνα Οργανοφωσφορικά	ΕΑ 072-79 (GC-MS/MS)	μg/l	0.006-0.02	< 0.50	Δεν ανιχνεύθηκε

Η Διευθύντρια
Αναλύτρια Χημικός

Βασιλική Δ. Μαρκοπούλου
DVM, Διδακτορικό MSc

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που δοκιμάστηκε.
Το παρόν δελτίο δοκιμών δεν μπορεί να αναπαραχθεί εν μέρει χωρίς γραπτή έγκριση του εργαστηρίου.
Η αβεβαιότητα μέτρησης είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος.
* Μη διαπιστευμένη παράμετρος.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ

Αριθ. Πρωτ. δείγματος : **16-0847-001-0512-02**
Ημ/νία Παραλαβής : **27/05/2016**
Ημ/νία Έναρξης Δοκιμών : **27/5/2016**
Αριθ. Σελίδων : **2**

ISO 17025
Αριθ. 102

Τηλ. επικ. 104 Αγ. Παρασκευή 115 27
Γ' Βιομηχανική Περιοχή: Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 127 Α?. Τ.Θ. 142 32
Φαξ: +30 210 7470500-502 Διεύθ: +30 210 7470501 Δemail: waternet@ergastiria.gr Δwebsite: www.ergastiria.gr

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

1. Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τΒ/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η ανάλυση για τις παραμέτρους που αναφέρονται στον πίνακα 26200512 έγινε στις ημερομηνίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τΒ/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Οι παράμετροι που αναλύθηκαν είναι:
Acetochlor, Acrinathrin (ομάδα αναλυτών), Aldrin, Atrazine, Azinphos Ethyl, Azinphos Methyl, Benalaxyl, Benfluralin, Bifenox, Bifenthrin, Biphenyl, Bitertanol, Bromocyclen, Bromophos Ethyl, Bromophos Methyl, Bromopropylate, Bromuconazole (ομάδα αναλυτών), Buprofezin, Butafenacil, Cadusafos, Captafol, Captan, Carbaryl, Carbophenothion, Carbosulfan, Chlordane alpha (cis), Chlordane gamma (trans), Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenviphos (ομάδα αναλυτών), Chlorobenzilate, Chloropropylate, Chlorothalonil, Chlorpyriphos Ethyl, Chlorpyriphos Methyl, Chlorthal dimethyl/DCPA, Chlorthion Methyl, Clodinafop-propargyl, Cloquintocet mexyl, Coumaphos, Cyfluthrin (ομάδα αναλυτών), Cyhalothrin lambda, Cypermethrin (ομάδα αναλυτών), Cyproconazo, Cyprodinil, DDD-o, DDD-p, DDE-o, DDE-o, DDE-p, DDT-o, DDT-p, Deltamethrin, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlofluanid, Dichloran, Dichlorvos(#), Diclobutrazol, Dicofol, Dieldrin, Difenoconazole (ομάδα αναλυτών), Diflufenican, Dimethenamid, Dimethoate, Diniconazol, Diphenamid, Endosulfan alpha, Endosulfan beta, Endosulfan lactone, Endosulfan sulfate, Endrin, Epoxiconazole, Esfenvalerate, Etaconazol (ομάδα αναλυτών), Ethalfluralin, Ethion, Ethoprophos, Etridiazol, Etrimfos, Famphur, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenoxycarb, Fenproparthrin, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenson, Fenvalerate (ομάδα αναλυτών), Fluazifop-P-butyl, Fluchloralin, Flucythrinate (ομάδα αναλυτών), Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluquinconazole, Flusilazole, Fluvalinate-tau (ομάδα αναλυτών), Folpet, Furalaxyl(#), HCH alpha, HCH beta, HCH delta, HCH gamma, Heptachlor, Heptachlor Epoxide A, Heptachlor Epoxide B, Hexachlorobenzene, Hexaconazole, Iodofenphos, Iprobenphos, Iprodione, Isazophos, Isodrin, Isofenphos, Isofenphos Methyl, Leptophos, Malathion, Mepronil, Metazachlor, Methacrifos, Methidathion, Methoxychlor (ομάδα αναλυτών), Metolachlor, Metribuzin(#), Mirex, Myclobutanil, Nitrapyrin, Nitrofen, Nitrothal isopropyl, Nuarimol, o-phenylphenol, Oxadiazon, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Parathion Ethyl, Parathion Methyl, Penconazole, Pendimethalin, Pentachloroanisole, Permethrin (ομάδα αναλυτών), Perthan, Phenothrin (ομάδα αναλυτών), Phenthoate, Phorate(#), Phosalone, Phosmet, Picolinafen, Piperonyl butoxide (PBO), Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Procymidone, Profenofos, Prometryn, Propargite, Propazine, Propham, Propyzamide, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxyfen, Quintozene, Resmethrin (ομάδα αναλυτών), S421, Simazine, Spirodiclofen, Tebuconazole, Tecnazene, Tefluthrin, Terbuthylazine, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Tetramethrin (ομάδα αναλυτών), Tetrasul, Thiobencarb, Tolclofos Methyl, Tolylfluanid, Transfluthrin, Triadimefon, Triazophos, Trichloronate, Trifluralin, Triticonazole, Uniconazole, Vinclozolin.

Μέθοδος ανάλυσης, LOD: 0.006-0.022 μg/l & LOQ: 0.022-0.068 μg/l.
(#) Ανάθεση σε υπεργολάβο εργαστήριο.

Η Δ/ντρια Τμήματος
Δρ. Αγγελική Κουτσουμπά
DVM, Δρ. Επιστήμης MSc

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που δοκιμάστηκε.
Το παρόν δελτίο δοκιμών δεν μπορεί να αναπαραχθεί μερικώς χωρίς την έγγραφη έγκριση του εργαστηρίου.
Η δειγματοληψία έγινε από τον πελάτη.
* Παράμετροι εκτός πεδίου διαπίστευσης.